

サタケ米鑑定ユニット 「RTQI1000A」をご使用の皆さまへ

メーカーによる精度確認を受けて下さい

ご採用いただいております米鑑定ユニットは、「農産物検査に関する基本要領※」において、年に一度の精度確認が必要と定められています。

農産物検査機器として品質評価にご活用いただくためには、仕様確認された機種であり、少なくとも年1回以上、メーカーの点検基準に従い、精度確認を実施することが必要になります。

ご使用いただいている米鑑定ユニットをご確認いただき、メーカーによる精度確認を実施してください。

※ 農産物検査に関する基本要領（平成21年5月29日付け21総食第213号総合食料局長通知）
別紙4「標準計測方法の運用、検査機器の仕様・精度の確認、その他試験などの方法マニュアル」
II 検査機器関係、第2 検査機器の精度管理、1 電気水分計・4 電気式穀粒計

精度確認済証をご確認下さい

精 度 確 認 済	
機 種	米鑑定ユニットRTQI1000A
製造番号	35500001
確認年月日	2022年 05月 01日
確認実施	(株)サタケ

精度確認済証のないものは、ご購入以降、精度確認をうけていないものです。また確認年月日から一年以上経過しているものについても、年に一度の精度確認をご計画下さい。

精度維持確認を受けなければならない項目

農検モード

玄米測定結果

日付・時刻 2022/05/01 12:00
受付番号 00001

●容積重 800g/l
●水 分 15.3%

検量線01 重量比

○整 粒	71.0%
●着色粒	0.5%
●死 米	3 %
●胴割粒	2 %
●碎 粒	1 %
●白未熟	10 %
○その他	12.5%

測定粒数 3000粒

RGQI100B No. 310409000

●:仕様確認項目 3回平均

(株)サタケRTQI1000A No. 35500001

米鑑定ユニット RTQI1000A



本体裏側



※穀粒判別器は
別途精度確認を受けてください。

精度確認についてのお問い合わせは最寄の営業拠点又は穀物分析センターまでお問い合わせ下さい。

〈営業拠点〉

北海道 TEL.(011)812-2888	関 東 TEL.(03)3253-3112	北 陸 TEL.(076)207-6108	松 山 TEL.(089)982-6991
東 北 TEL.(019)764-0113	新 潟 TEL.(025)287-0179	関 西 TEL.(06)6867-6027	九 州 TEL.(092)412-0411
仙 台 TEL.(022)287-2744	中 部 TEL.(058)73-2179	中四国 TEL.(082)420-8615	

株式会社 **サタケ** 穀物分析センター

✉kensakikitenken@satake-japan.co.jp

〒739-8602 広島県東広島市西条西本町2番30号 TEL (082) 420-8559 FAX (082) 420-8577